


[Accueil](#)
[Syst'am](#)
[Produits](#)
[Contact](#)
[News](#)

● Duoform®

Indications

Risque d'escarre **MOYEN** selon grille d'évaluation validée (Norton, Braden, Waterloo).

Les "PLUS" produit


- **Forme anatomique**, pour une augmentation de la surface de contact avec le support, entraînant ainsi une très nette diminution des pressions transcutanées, et améliorant la stabilité et le positionnement du patient.
- Une combinaison de mousse haute résilience et de gel **MULTIIMPORTANCES** permettant un transfert des pressions des zones à risque élevé vers les zones à risque moindre.
- **Moulées ensemble**, les deux strates de matières sont totalement solidaires l'une de l'autre.
- Le gel viscoélastique, couplé à la mousse haute résilience, **prévient le phénomène de «poinçonnement»**.
- **100% imperméable** en surface, donc totalement adapté en cas d'incontinence.

Spécific


Modèle : DU
Référence S


Classe LPP :
Renouvellement :
Code LPP : :

Tailles coussin
Modèle Stan
36 x 36 cm/7
42 x 46 cm/1
45 x 46 cm/1
Modèle SOF
- 42 x 42 cm




Le concept de S

 Gel fluide nov
élastique de fa
prévention acc
(ischions, sacr

 Gel viscoélasti
les parties du c
moindre garan

La prescription



Conditions de prise en charge :

Patients présentant un risque d'escarre évalué à un score inférieur ou égal à 14 sur l'échelle de Norton ou ayant un risque équivalent évalué sur une autre échelle validée. Patients atteints de lésions médullaires.

À faire figurer dans l'ordonnance :

Mr ou Mme X présente un risque d'escarre de X sur l'échelle de Norton (ou Brader ou Waterloo). Son état nécessite la délivrance d'un :
Coussin mousse et gel DUOFORM® P341C SYST'AM - classe 1B.



SYSTEM

ZAE route de Casseneuil - Le Lédât - 47300 Villeneuve sur Lot - France

Tel.: 05 53 40 23 50 - Fax 05 53 40 50 40

commercial@system.com